

**Identitätsprüfung***Identity Tests*

Gültig ab: April 2017

*Valid from:*

---

**Name des Produktes:** Sililevo Nagellack  
*Name of the product:***Status:** Medizinprodukt  
*Status:* Medical device**Hersteller:** Polichem S.A., Via Senago 42 D, CH-6912 Lugano-Pazzallo  
*Manufacturer:***Vertrieb:** Almirall Hermal GmbH - Geschäftsbereich Taurus Pharma GmbH,  
Benzstr. 11, D-61352 Bad Homburg  
*Distributor:***Prüfung auf Identität**  
*Identity Tests*

- A. Prüfung des Brechungsindex (Ph.Eur. 2.2.6.): 1,360 – 1,370  
*Refractory index (Ph.Eur. 2.2.6.):*  
Es wird empfohlen, zügig zu arbeiten (Ethanolgehalt). Prismenreinigung mit Ethanol.  
*It is recommended to work quickly (ethanol content). Clean the prisma with ethanol.*
- B. Aussehen: klare, blass-gelbe Flüssigkeit,  
*Appearance: clear, pale yellow solution*
- C. Geruch: leicht alkoholisch  
*Odour: slightly alcoholic*
- D. pH-Wert (Spezialindikator-Teststäbchen): 5,5 – 6,5  
*pH (special indicator teststick):*

**Datum:**  
*Date:* 28/04/2017**Unterschrift**  
*Signature:***POLICHEM SA**  
Lugano Branch

---

**Qualitätssicherung/Bevollmächtigter Polichem SA**  
*Quality Assurance or Designee Polichem SA*